

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2502246**Référence****90186320****Nom****BUFFER 1,0M pH 6,0 (AND)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
01/07/2025	6 Mois	01/01/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
456g di-Potassium hydrogénophosphate à 3 molécules d'eau Ref VWR 88363
QSP 2000 ml eau désionisée
Ajusté à pH =6,0 +/- 0,5 avec de l'acide phosphorique 85%
Filtration 0,45 µ

Date**08/07/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité