

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2502251**Référence****87311290****Nom****Solution étalon silice à 20 µg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
01/07/2025	1 Mois	01/08/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
0,0093 g Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310
QSP 1000 ml eau pour analyses Ref Merck 116754
Soit une concentration de 20 µg/l SiO₂
Incertitude +/- 2 µg/l

Date**08/07/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité