

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2502284**Référence****89966290****Nom****Etalon mixte azote pour etalonnage****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
03/07/2025	12 Mois	03/07/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
500 ml de SOLUTION A
AMMONIUM SULFATE ANALAR NP R.PE/ACS
VWRC21333**4,717g (MP séchée au préalable)
QSP 1000 ml eau désionisée
500 ml de SOLUTION B
POTASSIUM NITRATE ANALAR NORMAPUR
VWRC26869**7,219g (MP séchée au préalable)
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**08/07/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité