

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502311**Référence****89690120****Nom****Solution tampon pH (20°C) = 5,45 +/- 0,02****PRODUCTION****Conditionnement** Flacons 20 ml PP avec bouchon PE blanc

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
04/07/2025	12 Mois	04/07/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
7,01 g acide citrique Monohydraté Ref Prolabo 20276
Sodium hydroxyde 1 N Ref Prolabo 31627
QSP 1000 ml eau désionisée
pH (20°C) = 5,45 +/- 0,02

Date**08/07/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité