

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502339**Référence****89853230****Nom****Réactif de schantz bouteille B****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 250 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
08/07/2025	6 Mois	08/01/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
125 ml acide nitrique 69 % Ref Prolabo 20425
QSP 250 ml eau désionisée

Date**16/07/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité