

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502351**Référence****MC3112460500****Nom****Solution étalon carbone COT 4 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
09/07/2025	3 Mois	09/10/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,008504 g Potassium hydrogénophthalate ref Merck 104874
QSP 1000 ml eau désionisée
soit une concentration COT de 4 mg/l

Date**16/07/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité