

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502400**Référence****90358300****Nom****Phase mobile pH=6,5****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD BLANC Fluoré 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
11/07/2025	12 Mois	11/07/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
27,6 g Sodium dihydrogénophosphate monohydraté Ref VWR 102455
QSP 2000 ml eau Normapur ref VWR 102923
Ajusté à pH=6,5 avec soude 4 mol/l ref VWR191373M
Filtration 0,22 µ

Date**22/07/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité