

**CERTIFICAT D'ANALYSES**


Numéro de Lot

**2502407****Référence****MC3113931000****Nom****Etalon silice 500 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 11/07/2025         | 12 Mois              | 11/07/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire  
233,7 ml Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310  
QSP 1000 ml eau désionisée  
Soit une concentration de 500 mg/l SiO<sub>2</sub>

**Date****22/07/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité