

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502427**Référence****90341410****Nom****Réactif phénol****PRODUCTION****Conditionnement** Jerrican DIN45 Blanc 10 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
15/07/2025	12 Mois	15/07/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
50 mg SODIUM PENTACYANONITROSYLFERRATE 2H₂O ANALAR Ref VWR 27966
10 g PHENOL POUR ANALYSES ACS Ref Merck 100206
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**22/07/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité