

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502484**Référence****MC3108261000****Nom****Solution étalon TAC à 15 °F****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
18/07/2025	12 Mois	18/07/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
0,252 g sodium hydrogénocarbonate réf VWR27778
QSP 1 000 ml Eau désionisée

Date**22/07/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité