

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2502489**Référence****89994320****Nom****Tergitol 0.5% / bleu de toluidine 0.05% / eau 99.45%****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
21/07/2025	12 Mois	21/07/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
5 g TERGITOL SIGMA 15S9
0,5 g TOLUIDINE BLUE O réf Thermo scientific 34860
994.5g eau désionisée

Date**30/07/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité