

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502504**Référence****89896290****Nom****Tampon Mc ilvaine pH 3.2****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
21/07/2025	12 Mois	21/07/2026


CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:

Acide citrique ref prolabo 20276 solution 0.1M ** 301.2mL

Di-sodium hydrogénophosphate ref Merck 106586 solution 0.2M ** 98.80mL

pH=3,20 +/-0,05

Date**30/07/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité