

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2502560**Référence****89742360****Nom****Sodium tetraphenylborate solution 0,02 M****PRODUCTION****Conditionnement** Cubitainer plastique 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
25/07/2025	12 Mois	25/07/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
34.5 g Sodium TetraPhenylBorate PA ref Prolabo 28187
32.06 g Sodium Hydroxide Ref Merck 106498
QSP 5000 ml eau désionisée
pH= 13 +/- 0.5
Conforme au mode opératoire, Titre vrai non mesuré

Date**30/07/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité