

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502566**Référence****BD16056.290****Nom****Solution n° 1 rhodol pour silicemètre****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
28/07/2025	12 Mois	28/07/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
10 g Rhodol Ref Merck 107299
80 g Potassium Disulfite Ref VWR 26805
QSP 1 000 ml eau désionisée

Date**07/08/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité