

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502602**Référence****MC3124821000****Nom****Etalon de silice 2000 µg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
31/07/2025	3 Mois	31/10/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
0,9348 g Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 2000 µg/l SiO₂

Date**07/08/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité