

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502667**Référence****89512290****Nom****Tampon pH 2 selon norme NF T90-431 (à filtrer)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
06/08/2025	12 Mois	06/08/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
14,91 g Potassium chlorure Ref Prolabo 26764
55,6 ml Acide Chlorhydrique 0,2 N
QSP 1000 ml eau désionisée
pH = 2,0 +/- 0,1

Date**07/08/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité