

**CERTIFICAT D'ANALYSES**


Numéro de Lot

**2502712****Référence****89836.360****Nom****Acide borique 40 g/l en solution aqueuse pH 4.5****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 5 litres

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 11/08/2025         | 12 Mois              | 11/08/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
40 g acide borique Ref Merck 100165  
QSP 1000 ml eau désionisée  
pH=4,50 +/- 0,1

**Date****19/08/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité