

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502752**Référence****85174290****Nom****Solution étalon carbone COT 500mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
19/08/2025	12 Mois	19/08/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Potassium hydrogénophthalate 1,0625 g
QSP 1000 ml eau désionisée
soit une concentration COT de 500 mg/l

Date**26/08/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité