

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2502827**Référence****90284260****Nom****Etalon TIC 50 ppm****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
27/08/2025	12 Mois	27/08/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,2206 g sodium carbonate anhydre Ref Merck 106392
0,1749 g Sodium hydrogénocarbonate Ref Merck 106329
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**02/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité