CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot	**2502841**

Référence **5820.2500**

Nom **Solution Tampon MES/TRIS pH=8.2 à 24°C**

PRODUCTION

Conditionnement Flacon PEHD incolore 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
28/08/2025	2 Mois	28/10/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Acide morpholino2ethanesulfonique monohydraté réf merck 1.06126 9,760g
Tris(hydroxymethyl)aminomethane réf Merck 108382 6,060 g
Eau purifiée 984 ml
pH (24°C)= 8,20
Specifications
8,18 --> 8,22

Date	Visa
02/09/2025	**LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE**