

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502844**Référence****90184320****Nom****TAMPON CPMA 20mM****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
28/08/2025	6 Mois	28/02/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
5,68 g SODIUMPHOSPHATE,DIBASIC Ref Merck 106586
QSP 2000 ml eau désionisée
ajustement à pH=8,0 +/- 0,1
Filtration 0,45µ

Date**02/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité