

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2502849****Référence****90148290****Nom****REACTIF 2 POUR MESURE DU PHENOL****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD NOIR 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 28/08/2025         | 12 Mois              | 28/08/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
100 ml solution AMINO-4-ANTIPYRINE POUR ANALYSES Ref VWRC21161  
solution à 3g/100mL  
QSP 1000 ml DI-SODIUM TETRABORATE ANHYDRE GPR RECT Ref  
VWRC27716 solution à 80g/2L

**Date****02/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité