

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502872**Référence****90009320****Nom****Solution tampon pH 4,5****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
29/08/2025	12 Mois	29/08/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire.
6 g Sodium acétate trihydraté Ref Prolabo 27652
3 ml Acide acétique Ref Prolabo 20104
QSP 1 000 ml Eau désionisée
 $\text{ph}(20^\circ) = 4,48 - 4,52$
 $d(20/4) = 0,990 - 1,01$

Date**02/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité