

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2502897**Référence****89538300****Nom****Solution de fluoresceine à 2% M/V****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD BLANC Fluoré 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
02/09/2025	12 Mois	02/09/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
20 g Fluoresceine Sel de Sodium Ref prolabo 26098
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**08/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité