



CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502917

Référence

MCDS12.260

Nom

ELECTROLYTE DE REMPLISSAGE KCL 3 M

PRODUCTION

Conditionnement Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
02/09/2025	12 Mois	02/09/2026

CONFORMITE

Concentration = 3 Mol/l +/-0,2%

Date	Visa
08/09/2025	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE