



CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502918

Référence

MCDS13.260

Nom

ELECTROLYTE ETALON SOLUTION KCL 0.001M

PRODUCTION

Conditionnement Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
02/09/2025	12 Mois	02/09/2026

CONFORMITE

Concentration = 0,001 M +/- 0,2 %

Date	Visa
08/09/2025	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE