

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502921**Référence****6096.1000****Nom****Sulfuric acid 4 mol/l (8 N) in methanol****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
02/09/2025	12 Mois	02/09/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
223 ml acide sulfurique Ref Merck 1.00731
QSP 1000 ml Méthanol Ref Prolabo 20847
Titre en acide sulfurique équivalent à 4 MOL/L 8 N
ATTENTION: Titre non garanti, ne pas utiliser pour de la volumétrie

Date	Visa
08/09/2025	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE