

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502929**Référence****89528290****Nom****Titrant brome 0,078M****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
03/09/2025	12 Mois	03/09/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
4 ml Brome Ref ALFA 00905
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**08/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité