

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2502938**Référence****MC3112031000****Nom****Tampon ammoniacal pH 10,4****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
04/09/2025	12 Mois	04/09/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
54 g Ammonium chlorure réf Merck 101145
350,4 ml Ammoniaque 25 % réf Merck 105432
QSP 1000 ml eau désionisée
pH(20°C) = 10,4 +/- 0,1

Date**08/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité