

**CERTIFICAT D'ANALYSES**


Numéro de Lot

**2502952****Référence****89782320****Nom****Methanol LC/MS avec 0.1% acide formique****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre Brun 2,5 litres

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péremption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 05/09/2025         | 12 Mois              | 05/09/2026                                      |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
1 ml Acide formique Ref VWRC20318  
QSP 1000 ml Méthanol LC/MS Ref J.T. BAKER 9822

**Date****08/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité