

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2502953**Référence****89894360****Nom****Sueur synthétique pour test de resistance transpiration****PRODUCTION****Conditionnement** Cubitainer plastique 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
05/09/2025	12 Mois	05/09/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Sodium chlorure NaCl VWRC27810**20.0g
Ammonium chlorure NH4Cl MERC1.01145**17.5g
Urée 99.5% VWRC28877**5.0g
Acide acétique VWRC20104**2.5g
Acide lactique VWRC20356**15.0g
QSP 1000 ml eau désionisée
pH ajusté à 4,7 +/- 0,1 avec du sodium hydroxyde

Date**08/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité