

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2502978**Référence****85673260****Nom****Sueur artificielle acide****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
08/09/2025	12 Mois	08/09/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,5 g Histidine ref 104350
5 g sodium chlorure réf 106404
2,2 g Sodium dihydrogenophosphate dihydraté réf 106345
QSP 1000 ml eau désionisée
pH = 5,5 +/- 0,2 rectifié avec NaOH 0,1 N

Date**15/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité