

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2502989****Référence****MC3138791000****Nom****Solution étalon carbone COT 10 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 09/09/2025         | 3 Mois               | 09/12/2025                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
0,02126 g Potassium hydrogénophthalate ref Merck 104874  
QSP 1000 ml eau désionisée  
soit une concentration COT de 10 mg/l

**Date****15/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité