

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2503004**Référence****88906290****Nom****Solution étalon de zinc M/100****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
10/09/2025	12 Mois	10/09/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
- 0,6538 g Zinc Ref Prolabo 29068
- 25 ml Acide chlorhydrique 37 % ref Prolabo 20252
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**15/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité