

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2503053**Référence****MC3114809010****Nom****Bleu de methylene solution 1%****PRODUCTION****Conditionnement** Jerrican PEHD incolore 10 litres DIN45

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
15/09/2025	12 Mois	15/09/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
10 g Bleu de méthylène Ref VWR 3470
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**22/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité