

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2503087**Référence****87566290****Nom****Reactif de Keller****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
17/09/2025	12 Mois	17/09/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
10 ml Acide fluorhydrique 40 % réf VWR 20307
15 ml Acide chlorhydrique 37 % réf VWR 20252
25 ml Acide nitrique 65% réf merck 100456
950 ml eau désionisée

Date**22/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité