

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2503090****Référence****90266290****Nom****Tampon ammonium chlorure pH 9,5****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 17/09/2025         | 12 Mois              | 17/09/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
70 g Ammonium chlorure réf 1145  
Ammoniaque 25 % réf 5432  
QSP 1000 ml eau désionisée  
pH(20°C) =9,5 +/- 0,1

**Date****22/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité