

**CERTIFICAT D'ANALYSES**


Numéro de Lot

**2503108****Référence****MC3068220500****Nom****Solution tampon pH=3.5****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 19/09/2025         | 6 Mois               | 19/03/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
10,21 g Potassium hydrogénophthalate Ref Merck 104874  
8,2 ml acide chlorhydrique 1 N Ref VWR 30024  
QSP 1000 ml eau désionisée  
pH = 3,50 +/- 0,02

**Date****22/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité