

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2503116**Référence****90136260****Nom****Lanthane chlorure 0.1g/l en sol. Aqueuse****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD NOIR 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
19/09/2025	12 Mois	19/09/2026

CONFORMITE

Conforme mode au opérateur:
0,117 g LANTHANE OXYDE GPR RECTAPUR
VWRC24960
100 ml ACIDE CHLORHYDRIQUE 2 MOL/L 2 N VWRC30025
QSP1000ml eau désionisée

Date**22/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité