

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2503127**Référence****87399290****Nom****Solution étalon carbone COT 25 mg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
22/09/2025	3 Mois	22/12/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,05315 g Potassium hydrogénéphthalate ref Merck 104874
QSP 1000 ml eau désionisée
soit une concentration COT de 25 mg/l

Date**29/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité