

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2503129**Référence****89444150****Nom****Acide borique 24,64 g/l en solution aqueuse pH 10,4****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 50 ml gradué avec bo

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
22/09/2025	12 Mois	22/09/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
24,64 g acide borique Ref Merck 1.00165
QSP 1000 ml eau HPLC Ref Prolabo 83650
pH rectifié à 10,4 +/-0,1

Date**29/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité