

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2503144**Référence****90466290****Nom****Indicateur 0,1 g noir ériochrome****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
23/09/2025	12 Mois	23/09/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,1 g Noir ériochrome Ref Merck 103170
20 ml Ethylène glycol Ref VWR 24041
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**29/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité