

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2503186**Référence****MC3124830500****Nom****Etalon de silice 200 µg/l****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
25/09/2025	1 Mois	25/10/2025

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
0,0935 g Etalon Silicium 1000 mg/l Si Ref Merck 112310
QSP 1000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 200 µg/l SiO₂
Incertitude +/- 20 µg/l

Date**29/09/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité