

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2503245**Référence****90463300****Nom****Phase Mobile Dihydrogénophosphate d'ammonium /
Acide Orthophosphorique****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD BLANC Fluoré 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
30/09/2025	12 Mois	30/09/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:

17,25 g Ammonium Dihydrogenophosphate PA Ref VWR21305

QSP 1000 ml eau désionisée

pH=3,60 +/- 0,05

pH mesuré (20°C) = 3,60


Filtration 0,45 µ

17,25 g Ammonium Diwaterstoffosfaat PA Ref VWRC21305*

Aanlengen tot 1000 ML met gedesioniseerd water

pH=3,60 +/- 0,05

Filtratie 0,45 µ

Date**06/10/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité