

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

2503285**Référence****MC3110370100****Nom****Sol.colorimétrique rouge à 59,5 mg/ml de chlorure de cobalt****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 100 ml DIN32

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
03/10/2025	6 Mois	03/04/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
59,5 g Chlorure de cobalt hexahydraté Ref VWR 22896
25 ml Acide chlorhydrique 37% Ref VWR 20252
QSP 1 000 ml eau désionisée
Soit une concentration de 59,5 mg/ml

Date**06/10/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité