

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2503342**Référence****89776001****Nom****Indicateur calcium****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 100 ml DIN32

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
08/10/2025	12 Mois	08/10/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0.5g calcon carboxylic acid Ref Prolabo 20326
2.5g ascorbic acid ref Prolabo 20155
45g sodium sulfate anhydrous ref Prolabo 28114

Date**13/10/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité