

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2503345**Référence****90139365****Nom****Mélange acide oxalique - acide chlorhydrique en sol.
Aqueuse****PRODUCTION****Conditionnement** Cubitainer plastique 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
08/10/2025	12 Mois	08/10/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
6,3 g ACIDE OXALIQUE 2H₂O ANALAR NP R.PE/ACS VWRC20562
441,4 ml ACIDE CHLORHYDRIQUE 35 % GPR RECTAPUR VWRC20248
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**13/10/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité