

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2503346**Référence****89894.300****Nom****Sueur synthétique pour test de resistance transpiration****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD BLANC Fluoré 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
08/10/2025	12 Mois	08/10/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Sodium chlorure NaCl VWRC27810**20.0g
Ammonium chlorure NH₄Cl MERC1.01145**17.5g
Urée 99.5% VWRC28877**5.0g
Acide acétique VWRC20104**2.5g
Acide lactique VWRC20356**15.0g
QSP 1000 ml eau désionisée
pH ajusté à 4,7 +/- 0,1 avec du sodium hydroxyde

Date**13/10/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité