

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**2503431****Référence****89894360****Nom****Sueur synthétique pour test de resistance transpiration****PRODUCTION****Conditionnement** Cubitainer plastique 5 litres

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péréemption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 16/10/2025         | 12 Mois              | 16/10/2026                                       |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
Sodium chlorure NaCl VWRC27810\*\*20.0g  
Ammonium chlorure NH<sub>4</sub>Cl MERC1.01145\*\*17.5g  
Urée 99.5% VWRC28877\*\*5.0g  
Acide acétique VWRC20104\*\*2.5g  
Acide lactique VWRC20356\*\*15.0g  
QSP 1000 ml eau désionisée  
pH ajusté à 4,7 +/- 0,1 avec du sodium hydroxyde

**Date****20/10/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité