

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

2503483**Référence****85193260****Nom****Tampon pH 2,2****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
22/10/2025	3 Mois	22/01/2026

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
0,716 g Di Sodium Hydrogénophosphate Dodecahydraté Ref Merck 106579
20,58 g Acide citrique monohydraté Ref VWR 20276
QSP 1000 ml eau désionisée
pH = 2,2 +/- 0,1

Date**27/10/2025****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité